

ZP-1/SPZOZ/2019

Wykonawcy
(uczestnicy postępowania)

MODYFIKACJA/WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zamawiający informuje, iż wpłynęły niżej wymienione pytania do treści SIWZ:

Pytanie nr 1

Pytanie:

W załączniku nr 7d „Moduł laboratoryjny” w części „Pozostałe wymagania” punkt 6 jest lista urządzeń po podłączenia z modułem laboratoryjnym:

„Obsługa co najmniej 5 urządzeń analitycznych:

1. Mision u120,
2. Biosystems A15,
3. Optic K3002,
4. GemLyte, Wiener Lab,
5. Counter 19,”

Czy Zamawiający potwierdza, że lista urządzeń będzie aktualna na dzień realizacji podłączenia urządzeń do modułu laboratoryjnego?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

1. **Analizator Mission U500** -zamiast analizatora Mission U 120
2. Biosystems A15
3. Optic K3002
4. GemLyte,Wiener Lab
5. **Sysmex XS-800i** - zamiast analizatora hematologicznego Counter 19

Jednocześnie mając na uwadze, iż treść odpowiedzi zmienia zapisy dotychczasowego załącznika nr 7d „Moduły laboratoryjne” oraz działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zamawiający poprzez modyfikację zmienia treść dotychczasowego załącznika nr 7d „Moduły laboratoryjne”. Zmodyfikowany i obowiązująca od dnia 27.09.2019 roku treść załącznika nr 7d „Moduły laboratoryjne”, stanowi integralną część niniejszego pism.

Załącznik nr 7d „Moduły laboratoryjne” – wersja 27.09.2019.

Zastępca Dyrektora

Pełnomocnik
Zastępca Dyrektora
.....
mgr Iwona Dąbrowka